APARATAS KŪNO PROCEDŪROMS

SLIM PRESS

by muster

VARTOJIMO VADOVAS



Art. 9137

Edit. 1 - Rev. 2 - 10/2014

PROFESIONALUS PRIETAISAS SKIRTAS PATYRUSIEMS KOSMETOLOGAMS

Kūno procedūrų aparatas SLIM PRESS

Profesionalus prietaisas skirtas neigiamo slėgio limfodrenažo procedūroms atlikti. Šio prietaiso pagalba pasieksite geresnių rezultatų savo darbe.

> ***DĖMESIO**: Prieš pradedant naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą informaciją, rekomendacijas, kurios padės tinkamai ir efektyviai naudotis prietaisu jūsų darbe.*


SLIM PRESS procedūrų aparatas yra šiuolaikinis profesionalus aparatas limfodrenažo/presoterapijos procedūroms atlikti, naudojant specialius įvairaus dydžio ir formos manžetus. Rinkinį sudaro 7 pripučiami manžetai (2 x pėdoms, 2 x kojoms,1 x pilvui, 2 x rankoms) ir 10 atskirų pajungimo lizdų.

Oro srautas, paduodamas mikropompą esančia įrenginyje, kontroliuojamas mikroprocesoriaus pagalba. Galima rinktis iš 4 procedūros programų, atsižvelgiant į kliento poreikius.

Visos funkcijos aiškiai išdėstytos liečiamame ekrane, galite lengvai kontroliuoti procedūros nustatymus bet kuriuo metu.


SLIM PRESS aparatu yra galimybė nustatyti procedūros trukmę, masažo intensyvumą, suprogramuoti skirtingus laikus kiekvienai iš oro kamerų, sustabdyti laiką ir išimti tam tikrą funkciją.

LIETIMUI JAUTRUS VALDYMO SKYDELIS



1. Procedūros trukmės mažinimo mygtukas
2. Ekranas rodantis užprogramuotą laiką ar laiką liekantį iki procedūros pabaigos
3. Procedūros trukmės ilginimo mygtukas
4. Mygtukas sugrįžti į ankstesnę programą.
5. Režimo ekranas rodantis pasirinktą programą
6. Sekančios procedūros nustatymo mygtukas
7. Spaudimo sumažinimo mygtukas
8. Pasirinkto masažo spaudimo lygio ekranas
9. Spaudimo padidinimo mygtukas
10. Starto ir pauzės mygtukas
11. Procedūros metu veikiamos kūno dalies parodymas
12. Slėgio kiekio sumažinimas atskirai aparato daliai
13. Laiko mažinimas / didinimas atskirai daliai
14. Atskiros dalies (pūtimo) oro prisipildymo laikas sekundėmis.

GALINIS SKYDELIS



15. **Pagrindinis įjungimo / išjungimo mygtukas**
16. **Saugiklis**
17. **Maitinimo laido jungtis**
18. **Keturvietė jungtis manžetams pajungti**

MANŽETŲ RINKINYS



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Prieš įjungiant prietaisą, išdėlioti visus 7 manžetus ant masažinės lovos. Įsitikinkite kad sujungiant visas oro kameras nebūtų susipynę laidai ir vamzdeliai, kad būtų geras oro praeinamumas. Sujunkite **SLIM PRESS** aparatą su oro kameromis per specialius vamzdelius, atsižvelgiant į numerį parašytą ant vamzdelio; jungiant reikia vadovautis nurodytais numeriukais, ir atitinkamai juos jungti į prietaisą (pvz. 1 numeris pažymėtas ant vamzdelio jungiasi į kištuką pažymėtu numeriu 1 ant manžeto) .



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

! Neatjunginėkite kištuko naudodami jėgą (Pav.5), kad nesuplėšytumėte kištuko, darykite tai atsargiai, viena ranka prilaikykite apatinę dalį, kita – nuiminėdami lengvai pasukite kištuką (Pav.6).




Pav. 5




Pav. 6

Keturvietę jungtį su oro kameromis junkite per specialius vamzdelius, atsižvelgiant į numerį parašytą ant vamzdelio, jungiant reikia vadovautis nurodytais numeriukais, ir atitinkamai juos jungti į prietaisą. Rodyklė ant jungtukų turi būti viršuje.

***PASTABA**: šiame prietaise veikia 10 oro kištukų. Kadangi jų yra 12, pirmoje jungtyje, du pirmi kištukai kairėje yra neaktyvūs.*



Pav. 7



Pav. 8

2. Įjunkite prietaisą į maitinimo lizdą.

3. Paguldę klientą ant manžeto, kruopščiai, tvirtai jį užsekite, per daug neveržiant kūno (Pav. 9,10)



Pav. 9




Pav. 10

4. **Paspauskite įjungimo mygtuką**: įsijungs skaitmeninis monitoriaus ekranas (Pav11) Palieskite ekraną kad įsijungtų pagrindinis nustatymų ekranas (Pav12). Po kiekvieno pasirinkto nustatymo išgirsite pyptelėjimą.



Pav. 11



Pav. 12


5. **Pasirinkite reikiamą procedūrą**:

- PROCEDŪROS TRUKMĖ: laiko nustatymo mygtukų pagalba galite sutrumpinti ar prailginti procedūros laiką. Monitoriaus ekrane prie užrašo „time“ matysite nustatytą procedūros laiką.
- PROGRAMA: monitoriaus ekrane prie užrašo „mode“ pasirinkite reikiamą programą. Standartinė programa yra A, iš viso programų yra A-B-C-D.
- SLĖGIO NUSTATYMAS: prie užrašo „level“ galite sumažinti ar padidinti slėgio kiekį. Ekrane matysite grafinius stulpelius rodančius slėgio stiprumą (vienas – minimalus, du-vidutinis, trys-maksimalus spaudimas). Standartiškai nustatomas vieno stulpelio, minimalus spaudimas.


- ATSKIRŲ DALIŲ SLĖGIO LAIKO NUSTATYMAS: mygtukų pagalba galite nustatyti trumpesnį ar ilgesnį slėgio laiką atskiroms kūno dalims. Skaičiai pažymėti žalia spalva pažymi tam tikrą kūno vietą: ekrane matysite nustatytą laiką kiekvienai kūno vietai. Standartinis nustatymas yra „10“. Galima rinktis nuo 1 iki 15.

> ***DĖMESIO:*** *kuo didesnis slėgio laikas tuo intensyvesnis masažas tam tikroje kūno vietoje. Priešingai, kuo trumpesnis slėgio laikas, tuo masažas tam tikroje kūno vietoje trumpesnis ir lengvesnis.*

- ATSKIRŲ PROGRAMŲ ATJUNGIMAS: galite neįtraukti vienos ar kelių programų atskiroms kūno dalims. Prie kūno dalies, neįtrauktos į masažą, laiko nustatymų matysite žymėjimą „- - „



6. Pabaigus visus nustatymus spauskite pradžios mygtuką ►. Prasidėjus procedūrai, ekrane matysite visas pasirinktas kūno dalis ir laiką liekantį iki procedūros pabaigos.



Procedūros metu galite koreguoti pasirinktus nustatymus, įtraukti ar atmesti, sustabdyti ar iš naujo paleisti procedūrą. Pasibaigus procedūrai įrenginys sustoja ir pasigirsta ištęstinis pyptelėjimas. Norėdami procedūrą baigti anksčiau, pirma sustabdykite programą ir tik tada išjunkite aparatą.

DĖMESIO: *rekomenduojama palaukti iki atskiros dalies masažo pabaigos prieš sustabdant ir išjungiant aparatą.*

7. Visiškai išjungti aparatą galite paspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką (pozicija "0").

8. Atsegę manžetą šiek tiek palaukite prieš nuimant visas dalis nuo kliento, leiskite klientui pasėdėti keletą minučių kad susinormalizuotų kraujo spaudimas ir nesvaigtų galva atsistojus.

SLĖGIO VERČIŲ PAKEITIMAS

	mmHg	mmH_2O	atm	kPa
- minimalus nustatymas	40	540	0,05	5,33
- vidutinis nustatymas	80	1080	0,10	10,66
- maksimalus nustatymas	120	1630	0,16	15,99

mmHg = gyvsidabrio stulpelio milimetras
mmH_2O = vandens stulpelis milimetrais
atm = atmosfera
kPa = kilopaskali

REKOMENDACIJOS PRIEŠ NAUDOJIMĄ

Visada įsitikinkite, kad lova ant kurios bus daromas presoterapijos masažas, pilnai išsitiesia ir yra galimybė ją šiek tiek pakelti prieš pradedant procedūrą. Tai pagerins kraujo apytaką kas užtikrins efektyvesnę procedūrą.

Kojos turi būti ištiestos per visą lovos paviršių, kad nesiremtų tik pėda, taip užtikrinant laisvą skysčių pratekėjimą.


PROGRAMOS

4 numatomos procedūros programos užprogramuotos įrenginio atmintyje:

PROGRAMA "A"

Pasirinkus šią programą, bus atliekamas peristaltinis masažas; ši programa yra palaikomoji arba kai nėra reikalingas intensyvus masažas.


PROGRAMOS SEKA:



PROGRAMA "B"

Pasirinkus šią programą, bus atliekamas intensyvus peristaltinis masažas; ši programa rekomenduojama žmonėms, kuriems reikalingas labai intensyvus gydymas, yra akivaizdus celiulitas, riebalai ar skysčių kaupimasis.


PROGRAMOS SEKA:



PROGRAMA "C"

Pasirinkus šią programą peristaltinis masažas bus atliekamas pilvui ir šlaunims; ši programa rekomenduojama žmonėms kai yra akivaizdus celiulitas ar riebalai; kai minkštas riebalinis audinys.


PROGRAMOS SEKA:



PROGRAMA "D"

Pasirinkus šią programą peristaltinis masažas bus atliekamas pilvui ir rankoms; rekomenduojama kai būna išpūstas pilvas ir rankų tinimas.

PROGRAMOS SEKA:



Kiekvienoje programoje yra pakartojanti seka su trumpa pauze prieš sekančią programą.

MANŽETAI

Reguliuojamo ilgio manžetai pateikiami kartu su aparatu, pagaminti iš atsparios medžiagos ir sukurti užtikrinti tobulą masažą bet kurioje norimoje vietoje.

Antblauzdžiai pateikiami iš keleto dalių:

- 2 vienetai – batai pėdoms ir kulkšnims;
- 2 vienetai – kūginiai aulai masažui nuo kulkšnies iki kirkšnies;
- 1 vienetas – pilvinis diržas;
- 2 vienetai – kūginės rankovės rankų ir dilbio masažui.

Visoms dalims pritaikyta Velcro fast fixing sistema, kurios pagalba šios dalys yra tinkamos įvairiausių dydžių žmonėms. Visos dalys yra susidengiančios, taip išvengiama nemalonaus tarpo tarp vieno ir kito segmento.

DĖMESIO: *Kad nesugadintumėte antblauzdžių, niekada nepūskite jų neuždėtų ant kliento.*

ANTBLAUZDŽIŲ VALYMAS

Plaukite juos minkšta pašluoste ar kempine, išmirkinta vėsiame vandenyje; jei būtina naudokite valančią priemonę be alkoholio ir nešveičiančią.

PASTABA:

- neplaukite skalbimo mašinoje ar karštame vandenyje;
- nebalinkite;
- nenaudokite valymui produktų su alkoholiu;
- laikykite toliau nuo karštų paviršių.

SAUGIKLIŲ KEITIMAS

Įrenginyje yra saugikliai saugantys nuo elektros iškrovos ir trumpo jungimo.

Norint pakeisti saugiklį:

- išjunkite aparatą ir ištraukite maitinimo laidą iš rozetės
- pasukite saugiklio dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite sudegusį saugiklį
- įdėkite naują tokio pačio tipo saugiklį
- užsukite saugiklio dangtelį pagal laikrodžio rodyklę

SVARBŪS ATSARGUMO PERSPĖJIMAI

Slėgio masažas nerekomenduojamas šiais atvejais:

- Kai nustatytos širdies ar kraujagyslių problemos;
- Nešiojantiems širdies stimuliatorius;
- Turintiems išsiplėtusias venas ar paviršinius kapiliarus;
- Kai kraujospūdis viršija vidurkį.

Techninio vystymo proceso metu, Kompanija pasilieka teisę keisti dalis, komponentus, detales, paviršius ir pateikiamus aksesuarus. Informacija susijusi su svoriu, išmatavimais ir veikimu yra susieta su informacija naudota gamybai. Skirtumai galimi modeliams gamintiems skirtingoms šalims.

Atsiminkite, kad ši naudojimosi ir priežiūros atmintinė skirta standartinei šio aparato versijai.

SVARBU: *Savo saugumui ir užtikrinti visų aparato funkcijų išnaudojimui, naudokite visus aksesuarus pateikiamus kartu su aparatu.*

Originalios Muster detalės ir aksesuarai yra patikrinti ir patvirtinti kompanijos, kuri atliko reikalingus testus, užtikrina jų efektyvų funkcionavimą naudojant juos kartu su aparatu. Muster pateikia garantijas šiems produktams kurių dėka aparatas veikia efektyviai.

Muster e Dikson Service S.p.A., neatsako už netinkamą atsarginių dalių ar aksesuarų panaudojimą, kitaip nei pateikia ši naudojimosi instrukcija. Naudojant neoriginalias detales ir aksesuarus aparato garantija negalioja.

Visas originalias Muster beauty atsargines detales ir aksesuarus, kaip ir visus kitus produktus, patvirtintus Muster e Dikson S.p.A. galima įsigyti iš Muster e Dikson atstovų Lietuvoje, taip pat gauti visą reikalingą techninę pagalbą.

APARATO VALYMAS

- Prieš valydami aparatą, visuomet išjunkite jį iš elektros lizdo, prieš tai paspauskite mygtuką ON/OFF, kad išjungti aparatą;
- Valykite prietaisą naudodami švelnią pašluostę išmirkintą neutralioje valymo priemonėje;
- Įsitikinkite, kad joks skystis nepatektų į aparatą;
- Nepurkškite ir nepilkite skystų produktų tiesiai ant aparato;
- Nenaudokite šveičiamųjų, skiediklių ar panašių produktų.

GARANTIJA

Garantija galioja 12 mėn., nuo įsigijimo datos ir baigiasi nurodytu terminu, netgi jei aparatas nebuvo naudotas.

Visos atsarginės detalės ir taisymai garantinio periodu metu yra atliekami gamintojo sąskaita, pirkėjas apmoka tik transportavimo išlaidas.

Garantija negalioja jeigu aparatas naudojamas netinkamai ar sugadintas dėl neatsargumo, nepatyrimo ar transportavimo metu.

APLINKOSAUGINĖS SĄLYGOS TRANSPORTAVIMUI IR SAUGOJIMUI

Temperatūra: -20 C iki +50 C
Santykinis oro drėgnumas: 10 iki 80%
Atmosferos slėgis: 500 iki 1060 hPa

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Gamintojo kodas 9137
KŪNO PROCEDŪRŲ APARATAS SLIM PRESS

Maitinimo įtampa:	230 voltų
Dažnis:	50HZ
Galingumas:	250W
Reguliuojamas slėgis:	40 / 80 / 120 mm Hg (minimalus, vidutinis, maksimalus)
Klasifikacija:	B tipo
Saugiklis:	F 3A – 250V

AKSESUARAI KARTU SU APARATU:
99210 7 dalių manžetų rinkinys
99211 oro vamzdelių rinkinys